



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О ООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «МалидиМед»

место нахождения: проспект Франциска Скорины, дом 14, помещение 32, комната 3, 211415, город Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь

зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 391961785

телефон: +375 44 7200931, **адрес электронной почты:** info@malidi.by

в лице директора Косареви́ча Дени́са Влади́мировича

заявляет, что термометр инфракрасный бесконтактный электронный МЛ-01

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «МалидиМед»

место нахождения: проспект Франциска Скорины, дом 14, помещение 32, комната 3, 211415, город Полоцк, Витебская область, Республика Беларусь

ТУ ВУ 391961785.001-2022 «Термометр инфракрасный бесконтактный электронный МЛ-01»

код ТН ВЭД ЕАЭС: 9025 19 200 0

серийный выпуск

соответствуют требованиям: технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний № 17612 ЭМС от 29.12.2021, выданного Испытательным центром Научно-производственного республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0085.

схема декларирования соответствия - 1д.

Дополнительная информация:

Примененные стандарты: ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Радиопомехи индустриальные».

ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001) «Совместимость технических средств электромагнитная. Бытовые приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства. Устойчивость к электромагнитным помехам».

Условия хранения: рекомендуемые пределы температуры для хранения и транспортировки - от 0°C до +57°C, влажность - от 30 до 75%. Хранить упаковку в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света. Диапазон рабочих температур - от +15°C до +35°C, срок хранения - 1 год. Срок службы - 1 год. Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.01.2027 включительно.

(подпись)



Косареви́ч Дени́с Влади́мирович
(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР020 003.02 04403

Дата регистрации декларации о соответствии

02.02.2022