

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»)

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Юридический адрес: 454048, РФ, г. Челябинск, ул. Елькина, д. 73
 Фактический адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Свободы, д. 147
 Телефон: 8 (351) 237-38-25; Факс: 8 (351) 237-90-58
 Сайт: <http://www.fbuz-74.ru>; E-mail: sane@chel.surnet.ru
 ОКПО 75432102, ОГРН 1057423520560
 ИНН/КПП 7451216566 / 745101001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
 аккредитованных лиц RA.RU.710037
 Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 13.05.2015

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель Органа инспекции, Заместитель главного врача
 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской
 области»

М. П.

С.М. Звездин

Заместитель руководителя Органа инспекции ФБУЗ «Центр
 гигиены и эпидемиологии в Челябинской области»

М. П.

Т.С. Колотова



**ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 10948**

Заключение составлено 19 июня 2020 г.

1. **Объект экспертизы:** Блоки неармированные из автоклавного газобетона (ИНСИ БЛОК); дата изготовления: 19.05.2020; срок годности: не ограничен; номер партии: информация отсутствует; объем партии: информация отсутствует; вес(объем) пробы для испытаний: 5 кг

2. **Цель экспертизы:** установление соответствия (несоответствия) требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

3. **Производитель (поставщик) продукции:** ООО "ИНСИ БЛОК"

Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2, офис 27
 Фактический адрес: Челябинская область, п. Зауральский, ул. Труда, 1а

4. **НД на продукцию:** ГОСТ 31360-2007

5. **Организация, направившая продукцию на экспертизу (заявитель):** ООО "ИНСИ БЛОК"
 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2, офис 27

6. **Основание для проведения экспертизы:** Заказ (СФО) № 2720 от 25.03.2020
 Заявление(заявка) № 2/2552 от 25.03.2020

7. **Образец (пробу) отобрал(а):** Тимофеев И.В., директор технологической службы ООО "ИНСИ БЛОК"

8. **Место, время и дата отбора:** ООО "ИНСИ БЛОК", Челябинская область, п. Зауральский, ул. Труда, 1а, склад готовой продукции, по информации представленной заказчиком
 25.05.2020 08:30

9. **Условия доставки:** отобрана и доставлена заказчиком

10. **НД на отбор:** -

11. **ИЛЦ, выполнивший испытания:** ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области", 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73; Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510597, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 07.09.2015

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 10948 от 29 мая 2020 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Представленные материалы по содержанию естественных радионуклидов являются однородными и соответствуют требованиям класса 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг) по п.12 Раздела 11 Главы II "Единых

санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по радиационной гигиене _____



Симахин А. С.

Экспертное заключение проверил(а):

Заместитель технического директора ОИ _____



Нагаева О.А.

Юридический адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Елькина, 73
тел. (8-351) 2-373-825; факс (8-351) 2-379-058
E-mail: sane@chel.surnet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510597,
дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 07.09.2015

Р/с 40501810600002000002 УФК по Челябинской области
Отделение Челябинск г. Челябинск
ИНН 7451216566, БИК 047501001, КПП 745101001

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 10948 от 29 мая 2020 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ООО "ИНСИ БЛОК"

2. Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2, офис 27

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления: Блоки неармированные из автоклавного газобетона (ИНСИ БЛОК); дата изготовления: 19.05.2020; срок годности: не ограничен; номер партии: информация отсутствует; объем партии: информация отсутствует; вес(объем) пробы для испытаний: 5 кг

4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО "ИНСИ БЛОК"

Юридический адрес: 454080, Челябинская область, г. Челябинск, ул. К. Либкнехта, д. 2, офис 27
Фактический адрес: Челябинская область, п. Зауральский, ул. Труда, 1а
страна: РОССИЯ

5. Место отбора: ООО "ИНСИ БЛОК", Челябинская область, п. Зауральский, ул. Труда, 1а, склад готовой продукции, по информации представленной заказчиком

6. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 25.05.2020 08:30

Ф.И.О., должность: Тимофеев И.В., директор технологической службы ООО "ИНСИ БЛОК"

Условия доставки: отобрана и доставлена заказчиком

Дата и время доставки в ИЛЦ: 25.05.2020 11:30

7. Дополнительные сведения:

Производственный контроль, Заказ (СФО) № 2720 от 25.03.2020

Заявление(заявка) № 2/2552 от 25.03.2020

Договор № 1345 от 24.03.2020 г.

Акт передачи-приема проб продукции от заявителя № 1776 от 25.05.2020 г.

8. НД на продукцию: ГОСТ 31360-2007

9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)"

10. Код образца (пробы): РЛ.20.10948 ОРИФФ 1/100

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

МВИ ГНМЦ "ВНИИФТРИ", 2003 г. (св-во № 40090.3Н700) Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением "ПРОГРЕСС"

12. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке, протокола об аттестации	Срок действия
1	Весы настольные циферблатные РН-10ц13У	039126	504-70	клеймо в паспорте форма № 12 от 08.10.2019	07.10.2020
2	Установка спектрометрическая МКС-А "МУЛЬТИРАД"	1341	32716-06	1174551 от 19.08.2019	18.08.2020

13. Место осуществления деятельности: 454008, г. Челябинск, пер. Островского, дом 16

Протокол № 10948 распечатан 29.05.2020

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

14. Радиологические исследования

Образец поступил 25.05.2020 12:00 Регистрационный номер пробы в журнале 10948
дата начала испытаний 25.05.2020 12:00 дата выдачи результата 28.05.2020 13:22

№	Уд.активность K-40, Бк/кг	Уд.активность Ra-226, Бк/кг	Уд.активность Th-232, Бк/кг	Эфф. уд.активность Аэфф, Бк/кг	Класс
1	менее 40	менее 8	менее 8	-	-
2	менее 40	менее 8	менее 8	-	-
3	менее 40	менее 8	менее 8	-	-
4	менее 40	менее 8	менее 8	-	-
5	менее 40	менее 8	менее 8	-	-
Среднее	менее 40	менее 8	менее 8	менее 22	класс 1 (Аэфф не более 370 Бк/кг)
ФИО и должность лица, ответственного за проведение испытаний: Астахов А. А., заведующий отделением по измерению физических факторов и радиологических исследований					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Охоткина В. М., химик-эксперт

Заведующий лабораторией санитарно-гигиенических
испытаний, заместитель Руководителя ИЛЦ



М.П.

О.В. Склюев

" 29 " 05 2020